

Tabelle :
Wellenlängen-Abhängigkeiten von Brennweite f und Schnitt-weite s'* (bei Fokussierung auf optimale Wellenfronten)

Lambda [nm]	f [mm]	s'* [mm]
404.7	61.076	53.310
488.0	60.294	52.517
546.1	60.096	52.312
632.8	59.969	52.177
700	59.933	52.137
710	59.931	52.133
740	59.925	52.127
780	59.925	52.124
790	59.925	52.124
800	59.926	52.124
850	59.935	52.131
890	59.946	52.141
900	59.949	52.144
1064	60.024	52.213
1300	60.185	52.367
2000	60.945	53.108
2300	61.407	53.560



Bernhard Halle Nachfl. GmbH
Optische Werkstätten
Hubertusstr. 10, D-12163 Berlin

	Datum	Name
Bearb.	07.01.02	Lu
Gepr.		
Norm		

DIN 3140
DIN 7168-f

Zust. Änderung | Datum | Name

Maßstab 2:1 (1:1)

PSK 53A und SF L57

Übersicht und Anschluß-Maße

Achromat f60 ø20 700-900nm

OFS 8.3.20 (FANI97)

Bl. /von